

thermosept® PAA additive

Aktivsauerstoff-basierte Desinfektion von flexiblen Endoskopen.



Vorteile

- umfassende Wirksamkeit (bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid, sporizid inkl. C. difficile-Sporen)
- gute Materialverträglichkeit auf Basis eines 2-Komponenten-Systems
- kurze Einwirkzeit

Anwendungsgebiete

Zur maschinellen, chemo-thermischen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen in RDG-E. thermosept® PAA base/additive kann in geeigneten RDG-E, die für den Einsatz von Peressigsäure vorgesehen sind, verwendet werden.

Bakterizid, Tuberkulozid, Mykobakterizid, Fungizid, Viruzid (gem. DVV / RKI Leitlinie Stand 12/2014 und EN 14476, EN 17111), Sporizid (Clostridium difficile-Sporen) bei 1,0 % - 37 °C - 5 Minuten oder 1,2 % - 35 °C - 5 Minuten.

Anwendungshinweise

Dosierung:

1 % (10 ml/l) - 37 °C oder 1,2 % (12 ml/l) - 35 °C thermosept® PAA base und thermosept® PAA additive möglichst zeitgleich dosieren. Falls keine zeitgleiche Dosierung seitens der RDG-E Dosierpumpen möglich ist, zuerst thermosept® PAA base und unmittelbar danach thermosept® PAA additive zudosieren.

Diese Reihenfolge aufgrund der Materialverträglichkeiten bitte berücksichtigen.

Die Einwirkzeit beträgt 5 Minuten.

Die Desinfektionskomponenten sind auf den mildalkalischen, enzymbasierten Reiniger thermosept® EndoCleaner abgestimmt. Kompatibilität mikrobiologisch bestätigt.

Produktdaten

Zusammensetzung Komponente base:

100 g Lösung enthalten: 5 g Peressigsäure, Wasserstoffperoxid, Essigsäure.

Zusammensetzung Komponente additive:

100 g Lösung enthalten: Kaliumhydroxid, Phosphate und Korrosionsinhibitoren Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5 % Phosphate.

Besondere Hinweise

Die Komponenten base und additive dürfen nur zusammen angewendet werden. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Hitze und Sonneneinstrahlungen schützen. thermosept® PAA ist nicht geeignet für Instrumentarium aus Messing und Kupfer, sowie verchromte Instrumente. Gem. EN 17664 sind die Instrumentenherstellangaben zu beachten und die Materialverträglichkeit ggf. vor der Anwendung sicherzustellen.

Dies gilt insbesondere bei der Aufbereitung älterer Endoskope. Diese sollten grundsätzlich auf die Verträglichkeit mit Peressigsäure bewertet werden.

Nur für den professionellen Gebrauch. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bestellinformationen

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept PAA additive 5 l KA	2 / Karton(e)	SM00125802
thermosept PAA additive 200 l FA	1 / Fass(Fässer)	SM70001116
thermosept PAA additi- ve(adapter) 5 l KA	1 / Kanister	SM70000167

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5 l / 10 l	SM00135502
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	SM00135810
Umfülltrichter	SM00117901
schülke Kanisterdosierer 5 l / 10 l (20 ml / Hub)	SM00117101

Verwandte Produkte

- thermosept® ER
- thermosept® PAA base
- thermosept® X-tra

Umweltinformation

Der Hersteller schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Kontaktinformationen

Für individuelle Fragen:
Telefon: +41 62 748 49 39
E-Mail: info@sanaclean.ch

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com / www.sanaclean.ch